

# Measuring Instrument for Food & Phamaceutical

## เครื่องมือวัดด้านอาหาร และ ยา

Be sure. testo



### testo 106-Top Safe เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร

- ช่วงการวัด -50 ถึง 275 °C
- มี Alarm เป็นไฟ LED และสัญญาณเสียง
- ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์กันน้ำ ฝุ่น และแรงกระแทกได้ (IP67)

Be sure. testo



### testo 922/925 เครื่องวัดอุณหภูมิทั่วไป

- ช่วงการวัด - 50 ถึง 1,000 °C
- รุ่น testo 922 สามารถต่อการทำงานได้พร้อมกัน 2 หัววัด
- ทิมพีผลได้โดยผ่านเครื่องพิมพ์ไร้สาย
- สัญญาณเตือนค่าเกินแบบเสียง (Audible Alarm)

Be sure. testo



### testo 608-H2 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

- ช่วงการวัด 2 ถึง 98 %RH
- 10 ถึง 70 °C
- 40 ถึง 70 °C td
- ค่าความถูกต้อง  $\pm 2\%$  RH (2 ถึง +98)
- แสดงค่าสูงสุดและต่ำสุดได้
- ตั้งระดับการเตือนแบบไฟกระพริบ

Be sure. testo



### testo 625 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

- ช่วงการวัด - 10 ถึง 60 °C
- ช่วงการวัด 0 ถึง 100 %RH
- ค่าความถูกต้อง  $\pm 2.5\%$  RH,  $\pm 0.5$  °C แสดงค่าการวัดสูงสุด ต่ำสุด และค่า dew point ได้

Be sure. testo



### testo 104/104-IR เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร

- ช่วงการวัด - 50 ถึง 250 °C
- รุ่น testo 104- R มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
- ช่วงการวัดแบบอินฟราเรด -30 ถึง 250 °C
- เซนเซอร์พับเก็บได้ มีเลเซอร์แสดงในการวัดอุณหภูมิ 2 จุด
- Water proof IP65

Be sure. testo



### testo 108 เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร

- ช่วงการวัด -50 ถึง 300 °C
- ค่าความถูกต้อง  $\pm 0.5$  °C (-30 ถึง +70 °C)
- Water proof IP67
- HACCP-compliant and certified to EN 13485

Be sure. testo



### testo 174-H เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

- ช่วงการวัด -20 ถึง 70 °C
- ช่วงการวัด 0 ถึง 100 %RH
- ค่าความถูกต้อง  $\pm 0.5$  °C +3%RH
- ช่วงเวลาในการบันทึก 1 นาที ถึง 24 ชั่วโมง
- บันทึกข้อมูลได้ 16,000 ข้อมูล

Be sure. testo



### testo 175-T3 เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

- 2 Channel Temperature Datalogger ต่อไฟภายนอก 2 ช่องสัญญาณ
- ช่วงการวัด -50 ถึง 400 °C (Type T)
- ช่วงการวัด -50 ถึง 1,000 °C (Type K)
- ช่วงเวลาในการบันทึกได้ในช่วง 10 วินาที ถึง 24 ชั่วโมง
- บันทึกข้อมูลได้ 1,000,000 ข้อมูล
- Water Proof IP65

Be sure. testo



### testo 176-P1 เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และแรงดันบรรยากาศ

- ช่วงการวัด -20 ถึง 70 °C
- ช่วงการวัด -40 ถึง 70 °C td
- ช่วงการวัด 0 ถึง 100 %RH
- ช่วงการวัด 600 mbar ถึง 1,100 mbar
- ความละเอียด 0.1 °C / 0.1 %RH
- ช่วงเวลาในการบันทึกได้ในช่วง ทุก 1 วินาที ถึง 24 ชั่วโมง
- บันทึกข้อมูลได้ 2,000,000 ข้อมูล

Be sure. testo



### testo 831 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

- ช่วงการวัด -30 ถึง +210 °C
- มีเลเซอร์แสดงตำแหน่งในการวัดอุณหภูมิ 2 ตำแหน่ง
- มีค่าอัตราส่วนระหว่างระยะทางกับจุดการวัด 30:1

Be sure. testo



### testo 205 เครื่องวัดความเป็นกรดต่างของเนื้อสัตว์

- ช่วงการวัดกรด-ต่าง 0 ถึง 14 pH และอุณหภูมิ 0 ถึง 60 °C
- ค่าความถูกต้อง  $\pm 0.02$  pH และ  $\pm 0.4$  °C
- หัววัดถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการวัดค่าความเป็นกรด-ต่าง ของเนื้อสัตว์โดยเฉพาะ

Be sure. testo



### testo 206 เครื่องวัดความเป็นกรด - ต่าง แบบพกพา

- ช่วงการวัดกรด-ต่าง 0 ถึง 14 pH และอุณหภูมิ 0 ถึง 60 °C
- ค่าความถูกต้อง  $\pm 0.02$  pH และ  $\pm 0.4$  °C
- สารละลายอิเล็กโทรไลต์ของอิเล็กโทรดเป็นชนิดเจลไม่ต้องเติม

Be sure. testo



### testo 270 เครื่องวัดคุณภาพน้ำมัน

- เครื่องวัดปริมาณสารโพลีในน้ำมันทอด
- สามารถใช้งานวัดคุณภาพน้ำมันทอด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
- ช่วงการวัดปริมาณสารโพลี 0.5 ถึง 40% TPM
- อุณหภูมิ 40 ถึง 200 °C

FREUND



### EZ-200 เครื่องวัดค่าปริมาณน้ำอิสระ

- ช่วงการวัดตั้งแต่ 0.10-0.98 Aw
- หน้าจอสีแบบ touchscreen
- ใช้งานง่ายด้วยโปรแกรมที่ผู้ใช้งานเข้าใจง่าย
- มีชุดความชื้นมาตรฐานสำหรับสอบเทียบ

ACCUPLUS



### Smart i250 S/DS ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับห้องปฏิบัติการ

- ขนาด 260 ลิตร (9คิว)
- ช่วงการควบคุม 0 ถึง 40 °C
- ระบบ Microprocessor Controller
- มีโปรแกรมนับเวลาถอยหลัง 5 วันสำหรับงาน BOD
- มีปลั๊กไฟภายในตู้ 1 ชุด
- หน้าจอ LCD 2 บรรทัดพร้อมไฟเรืองแสง

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด

17/121 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 48 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
Tel : 0-2779-8888 Fax : 0-2779-8899 Email : info@entech.co.th



ENTECH

Difference For Greater Value

www.entech.co.th